

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE		MOD.QAS.033 rev. 002 VALIDAZIONE			MOD.Q.629 Rev.000
(U _{o rel}) e R della Microbiologia delle acque					
Incertezza operativa relativa (U _{o rel}) e Riproducibilità (R) - Acqua					
	Microrganismi vitali 22°C UNI EN ISO 6222:2001	Microrganismi vitali 36°C UNI EN ISO 6222:2001	E. Coli UNI EN ISO 9308-1:2017	Batteri coliformi UNI EN ISO 9308-1:2017	Enterococchi intestinali UNI EN ISO7899-2:2003
Numero sedute analitiche	30	30	30	30	30
N. Totale determinazioni	60	60	60	60	60
N. Laboratori	2	2	2	2	2
(U _{o rel}) Incertezza operativa relativa	0,09	0,13	0,06	0,06	0,11
R (Riproducibilità)	0,17	0,17	0,17	0,2	0,25
Laboratori	TR-PS	TR-PS	TR-PS	TR-PS	TR-PS