ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE	MOD.QAS.033 rev. 002 MODULO QUALITA' - VALIDAZIONE	MOD.Q.629 Rev.000

($U_{o\ rel}$) e R della Microbiologia delle acque

Incertezza operativa relativa ($U_{o\ rel}$) e Riproducibilità (R) - Acqua

	Microrganismi vitali 22°C UNI EN ISO 6222:2001	Microrganismi vitali 36°C UNI EN ISO 6222:2001	E. Coli UNI EN ISO 9308-1:2003	Batteri coliformi UNI EN ISO 9308-1:2003	Enterococchi intestinali UNI EN ISO7899-2:2003
Numero sedute analitiche	30	30	30	30	30
N. Totale determinazioni	60	60	60	60	60
N. Laboratori	2	2	2	2	2
($U_{o\ rel}$) Incertezza operativa relativa	0,09	0,13	0,06	0,06	0,11
R (Riproducibilità)	0,17	0,17	0,17	0,20	0,25
Laboratori	**TR-PS**	**TR-PS**	**TR-PS**	**TR-PS**	**TR-PS**
Numero sedute analitiche	30	30	30	30	30
N. Totale determinazioni	60	60	60	60	60
N. Laboratori	1	1	1	1	1
(U o rel) Incertezza operativa relativa	0,27	0,05	0,25	0,20	0,07
R (Riproducibilità)	0,14	0,11	0,11	0,11	0,14
Laboratorio	**AUTOC**	**AUTOC**	**AUTOC**	**AUTOC**	**AUTOC**