

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE	MOD.QAS.043 Rev.003 DOSSIER DI VALIDAZIONE	DV.PRT.LNRMB8.005 Rev.000 Pag. 8 di 16
PCR GENE <i>STN/STO</i> DI <i>VIBRIO CHOLERAE</i>		

**ALLEGATO A. del DV.PRT.LNRMB8.005 Rev. 000**

**DICHIARAZIONE DI VALIDITÀ**

**Titolo Procedura:** Ricerca del gene *stn/sto* in *Vibrio cholerae* mediante PCR

**Sigla Procedura:** PRT.LNRMB8.005

- Validazione  
 Riesame

Parametro (es. sensibilità, recupero, incertezza estesa, ecc...)	Matrice	Valore di riferimento	Valore ottenuto sperimentalmente	Accettabilità	
				SI	NO
Sensibilità	Ceppo batterico	100%	100%	SI	
Specificità	Ceppo batterico	100%	100%	SI	
Accuratezza	Ceppo batterico	100%	100%	SI	

Valutati i risultati ottenuti, si dichiara che il metodo è per l'utilizzo previsto: IDONEO

Data...01.12.2020

Il Responsabile della  
dichiarazione di validità

F.to  
Francesca Leoni